유해화학물질공정시험기준 ES 08101

시료의 처리방법

2012

검체용기를 개봉하기 전에 그 포장상태, 봉인, 외관, 표기사항, 중량 등을 조사 기록한다. 시료중 1/2 이상은 남겨두어 보관하고 나머지 1/2를 분석에 사용한다. 시료를 다룰 때는 시료가 신체 부위에 직접 접촉되지 않도록 주의하고 환풍시설이 갖추어진 곳에서 시험한다.