유해화학물질공정시험기준 ES 08313

메틸에틸케톤 2012

(Methyl ethyl ketone)

○ 고유번호 : 97-1-81
○ CAS No. : 78-93-3
○ 분자식 : C_4H_8O (M.W=72.11)

1. 원리

가스크로마토그래피를 이용하여 분석한다.

2. 시약 및 기기

2.1 시약

(1) 디메틸포름아미드 (dimethylformamide, 시약특급)

2.2 검출기

(1) FID

3. 시험방법

3.1 가스크로마토그래프 조작조건

(1) 컬럼 : HP-20M, SUPELCOWAX 10, CB-WAX,STABILWAX, DB-FFAP 또는 이와 동등한 규격의 컬럼

(2) 컬럼 온도 : 40℃(1분)→5℃/분→65℃→25℃/분→190℃

(3) 시료도입부 온도 : 200℃

(4) 검출기 온도 : 220℃

4. 검량선의 작성

표준품을 디메틸포름아미드에 녹여 0.1~1.0㎎/ℓ로 3가지 농도 이상을 조제하여 1㎕씩을 가스크로마토그래프에 주입하여 나타나는 피이크의 높이 또는 면적을 측정하여 검량선을 작성한다.

5. 정량

(1) 시료 일정량을 달아 표준품의 검량선 작성항의 농도 범위 내에 해당되도록 조제하여 시험용액으로 한다.

(2) 시험용액 1㎕를 가스 로마토그래프에 주입하여 나타나는 피이크의 높이 또는 면적으로부터 작성된 검량선에 의해 메틸에틸케톤의 양을 구하고 시료중의 농도를 계산한다.