칼탑

2012

(Cartap)

○ 고유번호 : 97-1-258
○ CAS No. : 15263-53-3
○ 분자식 : $C_7H_{15}N_3O_2S_2$ (M.W=237.37)

1. 원리

가스크로마토그래피를 이용하여 분석한다.

2. 시약 및 기기

2.1 시약

(1) 메탄올 (시약특급)

2.2 검출기

(1) FPD

3. 시험방법

3.1 가스크로마토그래프 조작조건

(1) 컬럼 : 5% PEG 20M, 5% DC-200, 10% PEG-1500
(2) 컬럼 온도 : 120℃ ~ 180℃
(3) 시료도입부 온도 : 200℃ ~ 230℃
(4) 검출기 온도 : 250℃

4. 검량선의 작성

칼탑 표준품 0.1 ~ 1.0㎎/ℓ를 메탄올로 농도를 단계적으로 조제하여 가스크로마토그래프에 주입하여 나타나는 피이크높이 또는 피이크면적을 측정하여 검량선을 작성한다.

5. 정 량

(1) 시료 일정량을 달아 표준품의 검량선 작성항의 농도 범위 내에 해당되도록 조제하여 시험용액으로 한다.

(2) 시험용액중 1㎕를 취하여 가스크로마토그래프에 주입하고 검량선에 따라 칼탑의 중량을 구하고 시료중의 농도를 계산한다.